

蓝色认证 TOC 样品瓶

经认证 TOC<10 ppb 的样品瓶以及 DUCT 样品瓶，洁净的包装，用于您受控的环境

Sievers* TOC 分析仪，作为低浓度 TOC 标准品、TOC 及电导率检测技术的全球领导者，现推出全新蓝色认证包装预清洁 TOC 样品瓶和 DUCT（电导率和 TOC 双重用途）样品瓶套装！

Sievers 分析仪充分理解您在生产和实验室中控制材料洁净度的需求，包括作为微生物污染潜在来源的纸张和纸板产品。

Sievers 蓝色认证样品瓶产品，将传统的瓦楞板纸盒替换为可回收的蓝色聚丙烯纸盒。合规性纸制证书和纸制标签替换成塑料标签和条形码，使您可以轻松地访问电子证书。其洁净包装设计，三层包装袋的 12 个样品瓶装和 30 个 DUCT 样品瓶装，非常适合洁净室。

Sievers 蓝色认证 TOC 样品瓶专为关键药物应用设计，如美国药典 USP、欧洲药典 EP、中国药典 ChP、日本药典 JP 和韩国药典 KP 的水质分析。我们认证的 TOC<10 ppb 的样品瓶（以及无离子浸出的 DUCT

样品瓶）或 TOC<35 ppb 的预酸化样品瓶，为您的 TOC 分析质量树立信心。此外，样品瓶在 ISO 8 级环境中进行清洁和装配，以尽量减少颗粒物。Sievers 蓝色认证 TOC 样品瓶适用于大多数 TOC 分析仪品牌，包括 Sievers、岛津、OI Analytical 及 Teledyne-TEKMAR 等。立刻联系我们订购：cn.sieversinstruments.com。



	产品名称	部件号	数量	说明	包装	原部件号
DUCT 样品瓶 30 瓶装	蓝色认证 DUCT 样品瓶	HMI 77510-01	30 个样品瓶	DUCT 样品瓶： <10 ppb TOC， 无离子浸出	聚丙烯纸盒， 单层包装袋	HMI 77500-01
	蓝色认证 DUCT 清洁验证 证套装	HMI 77520-01	30 个样品瓶 40 支棉签	DUCT 样品瓶： <10 ppb TOC， 无离子浸出， 棉签：<50 ppb TOC	聚丙烯纸盒，单 层包装袋，20 支装棉签 2 包	不适用
	蓝色认证 DUCT 洁净包	HMI 77530-01	30 个样品瓶	DUCT 样品瓶： <10 ppb TOC， 无离子浸出	聚丙烯纸盒， 三层包装袋	不适用

	产品名称	部件号	数量	说明	包装	原部件号
TOC 样品瓶 72 瓶装	蓝色认证 TOC 样品瓶	HMI 90610-01	72 个样品瓶	40 mL 样品瓶, <10 ppb TOC	聚丙烯纸盒, 单层包装袋	HMI 90606
	蓝色认证清洁验证套装-大	HMI 90620-01	72 个样品瓶 80 支棉签	40 mL 样品瓶: <10 ppb TOC, 棉签: <50 ppb TOC	聚丙烯纸盒, 单 层包装袋, 20 支装棉签 4 包	APK 90600-01
	蓝色认证预酸化样品瓶	HMI 90690-01	72 个样品瓶	40 mL 样品瓶, 20 μ L H ₃ PO ₄ , <35 ppb TOC	聚丙烯纸盒, 洁 净室吸附垫, 单 层包装袋	STD 90090-01
TOC 样品瓶 12 瓶装	蓝色认证 12 只装	HMI 91210-01	12 个样品瓶	40 mL 样品瓶, <10 ppb TOC	聚丙烯纸盒, 单层包装袋	HMI 90204-01
	蓝色认证清洁验证套装-小	HMI 91220-01	12 个样品瓶 20 支棉签	40 mL 样品瓶: <10 ppb TOC, 棉签: <50 ppb TOC	聚丙烯纸盒, 单 层包装袋, 20 支装棉签 1 包	不适用
	蓝色认证洁净包	HMI 91230-01	12 个样品瓶	40 mL 样品瓶, <10 ppb TOC	聚丙烯纸盒, 三层包装袋	不适用

* Veolia 的商标可能在一个或多个国家已经注册。 ©2022 Veolia. 保留所有权利。 300 00325 CS Rev D Aug-22

Veolia Water Technologies
请访问以下网址与我们联系:
cn.sieversinstruments.com

WATER TECHNOLOGIES

关注 **Sievers 分析仪** 官方微信
了解更多
热线电话: 400 887 8280

